



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG**

PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208  
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

**ERRATA**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.

Exclui-se do termo de referência, e conseqüentemente da licitação o item 02.

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINACAO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
2	01	Unidade	MACA HOSPITALAR AVANÇADA, COM ALTURA REGULÁVEL POR SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL, LEITO COM 04 SEGMENTOS CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) QUE PROPORCIONA OS SEGUINTE MOVIMENTOS ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO: ELEVAÇÃO DO APOIO DORSAL E APOIO DE PERNAS, TRENDELEMBURG E REVERSO. ELEVAÇÃO DO LEITO ACIONADO POR MEIO DE PEDAL. CONJUNTO MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS ESTRUTURADAS EM AÇO TUBULAR QUADRADO, A BASE CONFECCIONADA EM TUBOS 30X50MM X 1,5MM E 3MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COM GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL. BASE TUBULAR DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5", COM FREIOS DIAGONAIS, APRESENTANDO CARENAGEM PROTETORA DA BASE CONFECCIONADA EM FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTÁLICO. ESTRUTURA TUBULARES, LEITO E BASE: QUADRO DO LEITO E ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO TUBULAR QUADRADOS DE 30 X 30 X 1,5MM; E BASE COM TUBOS	R\$23.500,00	R\$23.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG

PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208  
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p>RETANGULARES 30 X 50 X 1, 5MM E 3MM, RECEBENDO PROTEÇÃO POR CARENAGEM EM FIBERGLASS. LEITO: COM 03 SEGMENTOS, CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ESPESSURA DE 12 MM. SISTEMA ANTI IMPACTOS: SISTEMA ANTI-IMPACTOS LATERAIS E FRONTAIS CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL; GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS DO LEITO: CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, UTILIZANDO TUBOS DE 3/4" E 5/8" X 1, 2MM, SISTEMA SANFONADO EMPILHÁVEL, AS QUAIS SÃO PRÁTICAS DE FÁCIL MANUSEIO E DURÁVEIS, POSSUINDO TRAVAMENTO NA ELEVAÇÃO E DESARME.</p> <p>RODÍZIOS: DIÂMETRO DE 5" COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL, COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; ACABAMENTO: AS PARTES EM AÇO CARBONO 1.020 (ESTRUTURA) RECEBEM ACABAMENTO COM DECAPAGEM, FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA; E AS PARTES DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, RECEBEM ACABAMENTO POLIDO. DEVE VIR ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS: 01 COLCHONETE HOSPITALAR EM ESPUMA D-33 ESPESSURA 80 MM, REVESTIMENTO EM COURVIM,</p>	
--	--	---	--

20/11/11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG**

PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208  
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

			(DOTADO DE ZÍPER O QUAL PERMITE A HIGIENIZAÇÃO TOTAL DO CONJUNTO). 01 SUPORTE DE SORO 02 GANCHOS, ACOPLÁVEL NAS QUATRO EXTREMIDADES DO LEITO.		
--	--	--	---	--	--

E por não afetar a formulação da proposta, como prevê a Lei nº 14.133/2021, permanecem inalterados a data de abertura dos demais itens do edital.

Bom Jesus da Penha, 24 de abril de 2024.

---

Sandy Cintia da Silva  
Pregoeira Municipal